

計測用，制御用及び試験室用の電気装置－  
電磁両立性（EMC）要求事項－  
第 1 部：一般要求事項

正 誤 票

区分	位置	誤	正
本体	6.2 表 2 ポート：きょう（筐）体 ・現象：電源周波数磁界 <sup>b)</sup> 試験値の欄	3 A/m (50 Hz, 60 Hz)	30 A/m (50 Hz, 60 Hz)
	ポート：交流電源 (保護接地を含む) ・現象：電圧ディップ ・試験値：10/12 サイクル <sup>c)</sup> の 間 40 % 性能評価基準の欄	B	C
	ポート：入出力信号／制御 <sup>e)</sup> (機能接地を含む) ・現象：バースト <sup>d)</sup> 試験値の欄	±2 kV (5 kHz 又は 100 kHz)	±1 kV (5 kHz 又は 100 kHz)
	6.2 表 3 ポート：直流電力 <sup>b)</sup> <sup>e)</sup> (保護接地を含む) ・現象：バースト 性能評価基準の欄	A	B
	ポート：直流電力 <sup>b)</sup> <sup>e)</sup> (保護接地を含む) ・現象：無線周波伝導妨害 性能評価基準の欄	B	A