

## 医療用マスク及び一般用マスクの 性能要件及び試験方法

### 正 誤 票

区分	位置	誤	正
本体	5.1.4.3 h)	試験片を取り付けるための内径 75 mm, 外径 110 mm, 厚さ 5 mm の金属製リング。	試験片を取り付けるための内径 79 mm, 外径 110 mm, 厚さ 5 mm の金属製リング。

令和 5 年 10 月 15 日作成