

石油類試験用ガラス製温度計

B 7410 : 1997

正 誤 票

ページ	位 置	誤	正
10	付表 1 3 列目：絶縁油蒸 発量用 18 行目：目盛部の 長さ	55~115	115~155
32	付表 1 5 列目：回転ボン ベ酸化安定度用 4 行目：目盛範囲	120~150	120.0~150.5
33	付表 1 5 列目：フラス ぜい化点用 25 行目：膨らみ 直径	—	8~10
33	付表 1 5 列目：フラス ぜい化点用 27 行目：膨らみ 球部下端から膨ら み下端までの距離	—	248~252

備考1. この正誤票は、第 1,2 刷に対するものです。

2. この規格についての意見又は質問は、経済産業省 産業技術環境局標準課 産業基盤標準化推進室 [〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1 丁目 3-1 TEL 03-3501-1511(代表)] にご連絡ください。

2002.9 日本規格協会 発行