

JIS K 0103 : 2005

排ガス中の硫黄酸化物分析方法

訂 正 票

位 置	誤	正
3. 3.1	…，国際単位系に合わせるため，標準状態 [270.15 K (0 °C)，101.32 kPa] における 質量濃度 mg/m ³ に変更した。	…，国際単位系に合わせるため，標準状態 [273.15 K (0 °C)，101.32 kPa] における 質量濃度 mg/m ³ に変更した。

訂正票とは，規格本体以外（解説ほか）に対する正誤を表します。

平成 17 年 11 月 1 日作成