

原油及び石油製品—硫黄分試験方法  
第4部：放射線式励起法

## 正 誤 票

区分	位 置	誤	正
本体	表3 “試料の硫黄含有量” の欄	0.01～0.10 0.1 以上～0.5 0.5 以上～2.0 2.0 以上～5.0	0.03～0.10 0.10 を超えて 0.5 以下 0.5 を超えて 2.0 以下 2.0 を超えて 5.0 以下

平成 16 年 1 月 20 日作成