

家庭用治療浴装置

正 誤 票

区分	位置	誤	正
本体	5. a) 1)	周波数分析器に接続された水中マイクロホンを用いて、…16 kHz 以上の超音波において…	周波数分析器（1/3 オクターブバンドパスフィルタ又はそれと同等以上の機能をもつものに限る。）に接続された水中マイクロホン（少なくとも 50 kHz までの周波数の音波が測定できるものに限る。）を用いて、…16 kHz 以上の周波数において…

平成 17 年 7 月 1 日作成