

## 血液成分分離バッグ

## 正 誤 票

区分	位置	誤	正
本体	6.3.6	…試験したとき、15 mg/mLを超えてはならない。…	…試験したとき、15 mg/100 mLを超えてはならない。…
	6.4.2	…微生物に対し不浸透性であってはならない。	…微生物に対し不浸透性であることとする。

平成 17 年 7 月 1 日作成