

医療用酸素濃縮器－安全条件

正 誤 票

区分	位 置	誤	正
本体	50.3	試験は、附属書 N に規定する…、次の試験を行う。流量装置図における…。	試験は、附属書 N に規定する…、次の試験を行う。試験装置図における…。
	50.6	技術説明書に記載された…、又は±0.5 L/分のいずれか大きい値を超えなければならない。	技術説明書に記載された…、又は±0.5 L/分のいずれか大きい値を超えてはならない。
	60	酸素濃縮器に音によるインジケータを取り付けける場合、…。	酸素濃縮器に音によるインジケータを取り付ける場合、…。

平成 19 年 4 月 2 日作成