

眼圧計

正 誤 票

区分	位置	誤	正
附属書 B	B.9.3	試験を実施した各被検眼に対して、試験用眼圧計の測定値（平均値）から参照眼圧計の測定値（平均値）を減じることによって、差異を計算する。この差異を、各眼圧範囲に対する許容差を定めた表 1 と比較する。どの圧力範囲が該当するかは、参照眼圧計の圧力測定値（平均値）によって決める。差異が許容範囲を超えている場合、その測定ペアは、許容範囲外の小集合として計数する。	試験を実施した各被検眼に対して、試験用眼圧計の測定値から参照眼圧計の測定値を減じることによって、差異を計算する。この差異を、各眼圧範囲に対する許容差を定めた表 1 と比較する。どの圧力範囲が該当するかは、参照眼圧計の圧力測定値によって決める。差異が許容範囲を超えている場合、その測定ペアは、許容範囲外の小集合として計数する。

平成 28 年 1 月 1 日作成