

医用電気機器－第 2-61 部：パルスオキシメータの 基礎安全及び基本性能に関する個別要求事項

正 誤 票

区分	位置	誤	正
本体	201.101.1	全てのパルスオキシメータプローブ及びプローブ中継ケーブルは…製造業者若しくは製造業者が指定した別の業者…ならない。	全てのパルスオキシメータプローブ及びプローブ中継ケーブルは…製造業者若しくは別の業者…ならない。

平成 29 年 10 月 1 日作成