

塩水噴霧試験方法

正 誤 票

区分	位置	誤	正
本体	6.2.3 a)	試験の終了後…照合試験片を <u>JIS K 8284</u> に規定するくえん酸水素二アンモニウム [(NH ₄) ₂ HC ₆ H ₅ O ₇] 200 mg に蒸留水を加え…浸せきする。	試験の終了後…照合試験片を <u>JIS K 8284</u> に規定するくえん酸水素二アンモニウム [(NH ₄) ₂ HC ₆ H ₅ O ₇] 200 g に蒸留水を加え…浸せきする。
	6.3.3 a)	試験の終了後…照合試験片を <u>JIS K 8284</u> に規定するくえん酸水素二アンモニウム [(NH ₄) ₂ HC ₆ H ₅ O ₇] 200 mg に蒸留水を加え…浸せきする。	試験の終了後…照合試験片を <u>JIS K 8284</u> に規定するくえん酸水素二アンモニウム [(NH ₄) ₂ HC ₆ H ₅ O ₇] 200 g に蒸留水を加え…浸せきする。
	6.4.3 a)	試験の終了後…照合試験片を <u>JIS K 8284</u> に規定するくえん酸水素二アンモニウム [(NH ₄) ₂ HC ₆ H ₅ O ₇] 200 mg に蒸留水を加え…浸せきする。	試験の終了後…照合試験片を <u>JIS K 8284</u> に規定するくえん酸水素二アンモニウム [(NH ₄) ₂ HC ₆ H ₅ O ₇] 200 g に蒸留水を加え…浸せきする。

平成 28 年 1 月 1 日作成