

数値シミュレーションによる金属製人工こ（股）関節
大たい（腿）骨ステムの疲労強度評価方法

正 誤 票

区分	位 置	誤	正
本体	4.2 f)	ミーゼスの相当応力：270±10 MPa 第一主応力：190±10 MPa	ミーゼスの相当応力：250±10 MPa 第一主応力：170±10 MPa

平成 22 年 5 月 1 日作成