

JIS 案コメントシート

日付:	規格番号: B 7556	プロジェクト:
-----	--------------	---------

委員名*	行番号 (e.g. 17)	箇条/ 細分箇条* (e.g. 3.1)	段落/ 図/ 表/ (e.g. 表 1)	コメント タイプ*	コメント*	修正案	検討結果・対応案
渋谷	311	5.1.2	j)	ed	「気体の湿度は、1 流量に対する 1 回の試験の前後での測定値を使用してもよいが、1 回の試験の前後で測定してその平均値を使用することが望ましい。」とありますが、日本語として明確でないと思います。	次のように言葉を補うのは正しいでしょうか。 「気体の湿度は、1 流量に対する 1 回の試験の前 あるいは 後での測定値を使用してもよいが、1 回の試験の前 および 後で測定して それら の平均値を使用することが望ましい。」	JIS では“あるいは”という言葉は使わない。また“および”は漢字を使うので、次のように修正いたします。 「気体の湿度は、1 流量に対する 1 回の試験の前又は後での測定値を使用してもよいが、1 回の試験の前及び後で測定してそれらの平均値を使用することが望ましい。」

コメントタイプ: ge = 一般的 te = 技術的 ed = 編集上

*欄 (委員名・箇条/細分箇条、コメントタイプ、コメント) : 必須入力。入力されていないと投票システム (National Ballots) が適切に作動しません。

コメントテンプレートはいかなる方法でも変更しないでください (例えば、列の削除・追加、セルのマージなど)。変更した場合、投票システム (National Ballots) が適切に作動しません。