

JISの訂正に係る審議について

当会より認定産業標準作成機関として主務大臣に申出し、令和5年2月20日に改正されたJIS B 7922について、誤りが見つかったため、別添のとおり誤りを訂正してよろしいかご審議をお願いいたします。

委員会において議決された場合には、主務大臣に訂正を依頼いたします。

JISの訂正（案）

訂正の内容

JIS B 7922		規格名称：電子式湿球黒球温度（WBGT）指数計	
区分	位置	誤	正
本体	4 a)	$WBGT=0.7 T_{nw,est} + T_{g,est}$	$WBGT=0.7 T_{nw,est} + 0.3 T_{g,est}$

訂正の理由：

当該 JIS は、JIS マーク表示対象となっており、規定を正確にするため訂正する。