

JIS

安息香酸（試薬）

JIS K 8073 : 2017

(JRA/JSA)

平成 29 年 2 月 20 日 改正

日本工業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

日本工業標準調査会標準第一部会 化学・環境技術専門委員会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	千葉 光 一	関西学院大学
(委員)	今井 勇	一般社団法人日本ゴム工業会
	大石 美奈子	公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
	大野 香代	一般社団法人産業環境管理協会
	小川 修	一般社団法人日本塗料工業会
	嘉藤 鋭	独立行政法人住宅金融支援機構
	倉品 秀夫	公益社団法人自動車技術会
	小森 亨一	一般社団法人日本分析機器工業会
	斉藤 良	日本プラスチック工業連盟
	四角目 和広	一般財団法人化学物質評価研究機構
	高津 章子	国立研究開発法人産業技術総合研究所
	中島 眞理	株式会社ブリヂストン
	中村 優	地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
	野中 玲子	一般社団法人日本化学工業協会
	保倉 明子	東京電機大学
	松永 直樹	拓殖大学
	三浦 安史	石油連盟
	森川 淳子	東京工業大学
	山崎 初美	主婦連合会
	山田 美佐子	一般財団法人日本消費者協会

主 務 大 臣：経済産業大臣 制定：昭和 28.5.6 改正：平成 29.2.20

官 報 公 示：平成 29.2.20

原 案 作 成 者：一般社団法人日本試薬協会

(〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 3-4-18 昭和薬貿ビル TEL 03-3241-2057)

一般財団法人日本規格協会

(〒108-0073 東京都港区三田 3-13-12 三田 MT ビル TEL 03-4231-8530)

審 議 部 会：日本工業標準調査会 標準第一部会 (部会長 酒井 信介)

審議専門委員会：化学・環境技術専門委員会 (委員長 千葉 光一)

この規格についての意見又は質問は、上記原案作成者又は経済産業省産業技術環境局 国際標準課 (〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1) にご連絡ください。

なお、日本工業規格は、工業標準化法第 15 条の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに日本工業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

目 次

	ページ
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 用語及び定義	2
4 種類	3
5 性質	3
5.1 性状	3
5.2 定性方法	3
6 品質	4
7 試験方法	4
7.1 一般事項	4
7.2 純度 (C ₇ H ₆ O ₂)	5
7.2.1 容量滴定法	5
7.2.2 qNMR 法	6
7.3 アンモニア水溶状	9
7.4 エタノール溶状	10
7.5 融点	10
7.6 強熱残分 (硫酸塩)	10
7.7 塩素化合物 (Cl として)	10
7.8 硫黄化合物 (SO ₄ として)	11
7.9 重金属 (Pb として)	12
7.10 鉄 (Fe)	13
7.11 過マンガン酸還元性物質 (O として)	14
8 容器	14
9 表示	14
解 説	15

まえがき


この規格は、工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき、一般社団法人日本試験協会（JRA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から、工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり、日本工業標準調査会の審議を経て、経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって、**JIS K 8073:2010** は改正され、この規格に置き換えられた。

なお、平成 29 年 8 月 19 日までの間は、工業標準化法第 19 条第 1 項等の関係条項の規定に基づく JIS マーク表示認証において、**JIS K 8073:2010** によることができる。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。



安息香酸（試薬）

Benzoic acid

 $C_7H_6O_2$ $FW : 122.12$

1 適用範囲

この規格は、試薬として用いる安息香酸について規定する。

2 引用規格

次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

- JIS H 6202 化学分析用白金皿
- JIS K 0050 化学分析方法通則
- JIS K 0064 化学製品の融点及び溶融範囲測定方法
- JIS K 0067 化学製品の減量及び残分試験方法
- JIS K 0113 電位差・電流・電量・カールフィッシャー滴定方法通則
- JIS K 0117 赤外分光分析方法通則
- JIS K 0215 分析化学用語（分析機器部門）
- JIS K 0970 ピストン式ピペット
- JIS K 8001 試薬試験方法通則
- JIS K 8034 アセトン（試薬）
- JIS K 8085 アンモニア水（試薬）
- JIS K 8102 エタノール（95）（試薬）
- JIS K 8150 塩化ナトリウム（試薬）
- JIS K 8155 塩化バリウム二水和物（試薬）
- JIS K 8180 塩酸（試薬）
- JIS K 8201 塩化ヒドロキシルアンモニウム（試薬）
- JIS K 8202 塩化1,10-フェナントロリニウム一水和物（試薬）
- JIS K 8230 過酸化水素（試薬）
- JIS K 8247 過マンガン酸カリウム（試薬）
- JIS K 8295 グリセリン（試薬）
- JIS K 8355 酢酸（試薬）
- JIS K 8359 酢酸アンモニウム（試薬）
- JIS K 8541 硝酸（試薬）
- JIS K 8550 硝酸銀（試薬）
- JIS K 8563 硝酸鉛（II）（試薬）