



塩化マグネシウム六水和物（試薬）

JIS K 8159 : 2024

(JRA/JSA)

令和 6 年 1 月 22 日 改正

日本産業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

日本産業標準調査会標準第一部会 化学・環境技術専門委員会 構成表

	氏名	所属
(委員会長)	千葉 光一	関西学院大学
(委員)	阿部 明美	一般社団法人日本ゴム工業会
	上野 博子	一般財團法人化学物質評価研究機構
	上野 祐子	中央大学
	大野 香代	一般社団法人産業環境管理協会
	小川 修	一般社団法人日本塗料工業会
	柄 英則	日本プラスチック工業連盟
	下鍋 達也	公益社団法人自動車技術会
	高津 章子	国立研究開発法人産業技術総合研究所
	永田 淳	一般社団法人日本分析機器工業会
	野中 玲子	一般社団法人日本化学工業協会
	花村 美保	公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
	林 英男	地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
	三浦 安史	石油連盟
	山崎 初美	主婦連合会
	山田 美佐子	一般財團法人日本消費者協会

主務大臣：経済産業大臣 制定：昭和 26.12.27 改正：令和 6.1.22

官報掲載日：令和 6.1.22

原案作成者：一般社団法人日本試薬協会

(〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 3-4-18 昭和薬貿ビル TEL 03-3241-2057)

一般財團法人日本規格協会

(〒108-0073 東京都港区三田 3-13-12 三田 MT ビル TEL 050-1742-6017)

審議部会：日本産業標準調査会 標準第一部会（部会長 松橋 隆治）

審議専門委員会：化学・環境技術専門委員会（委員会長 千葉 光一）

この規格についての意見又は質問は、上記原案作成者又は経済産業省産業技術環境局 国際標準課（〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1）にご連絡ください。

なお、日本産業規格は、産業標準化法の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに日本産業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

目 次

	ページ
序文	1
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 用語及び定義	2
4 種類	2
5 性質	2
5.1 性状	2
5.2 定性方法	3
6 品質	3
7 試験方法	3
7.1 一般事項	3
7.2 純度 ($MgCl_2 \cdot 6H_2O$)	3
7.3 水溶状	4
7.4 エタノール溶状	5
7.5 pH (50 g/L, 25 °C)	5
7.6 硝酸塩 (NO_3^-)	6
7.7 りん酸塩 (PO_4^{3-})	6
7.8 硫酸塩 (SO_4^{2-})	7
7.9 ナトリウム (Na), カリウム (K), カルシウム (Ca) 及びストロンチウム (Sr)	8
7.10 銅 (Cu), 鉛 (Pb) 及び鉄 (Fe)	9
7.11 バリウム (Ba)	11
7.12 マンガン (Mn)	11
7.13 ナトリウム (Na), カリウム (K), 銅 (Cu), カルシウム (Ca), バリウム (Ba), 鉛 (Pb), 鉄 (Fe), ストロンチウム (Sr) 及びマンガン (Mn)	12
7.14 アンモニウム (NH_4^+)	14
8 容器	17
9 表示	17
附属書 JA (参考) JIS と対応国際規格との対比表	18
解 説	20

まえがき

この規格は、産業標準化法第16条において準用する同法第12条第1項の規定に基づき、一般社団法人日本試薬協会（JRA）及び一般財團法人日本規格協会（JSA）から、産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり、日本産業標準調査会の審議を経て、経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって、**JIS K 8159:2017**は改正され、この規格に置き換えられた。

なお、令和6年7月21日までの間は、産業標準化法第30条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマーク表示認証において、**JIS K 8159:2017**を適用してもよい。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

塩化マグネシウム六水和物（試薬）

Magnesium chloride hexahydrate (Reagent)

$\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ FW : 203.30

序文

この規格は、1983年に第1版として発行された ISO 6353-2 を基とし、技術の進歩に伴い、技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。

なお、この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は、対応国際規格を変更している事項である。技術的差異の一覧表にその説明を付けて、**附属書 JA** に示す。

1 適用範囲

この規格は、試薬として用いる塩化マグネシウム六水和物について規定する。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を、次に示す。

ISO 6353-2:1983, Reagents for chemical analysis—Part 2: Specifications—First series, R16 Magnesium chloride hexahydrate (MOD)

なお、対応の程度を表す記号“MOD”は、ISO/IEC Guide 21-1に基づき、“修正している”ことを示す。

2 引用規格

次に掲げる引用規格は、この規格に引用されることによって、その一部又は全部がこの規格の要求事項を構成している。これらの引用規格のうち、西暦年を付記してあるものは、記載年の版を適用し、その後の改正版（追補を含む。）は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS K 0050:2019 化学分析方法通則

JIS K 0115:2020 吸光光度分析通則

JIS K 0116:2014 発光分光分析通則

JIS K 0121:2006 原子吸光分析通則

JIS K 0970 ピストン式ピペット

JIS K 1107 窒素

JIS K 8001:2017 試薬試験方法通則

JIS K 8034 アセトン（試薬）

JIS K 8051 3-メチル-1-ブタノール（試薬）

JIS K 8085 アンモニア水（試薬）

JIS K 8102 エタノール（95）（試薬）